

## GRILLE D'OBSERVATION DES PRATIQUES ATTENDUES PICC ET MIDLINE

Critères	Oui	Non	Commentaires
<b>Justification de l'acte</b>			
La réfection du pansement est programmée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selon protocole établissement poseur et tous les 7j ensuite
Le pansement est décollé / souillé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Matériel</b>			
Préparation du matériel nécessaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérification de l'intégrité des emballages et DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérification des dates de péremption	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Information et tenue du patient</b>			
Port du masque chirurgical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Port de la charlotte (selon protocole)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Information sur le déroulement de l'acte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Tenue du professionnel</b>			
Surblouse à usage unique (manches relevées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Masque chirurgical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Charlotte ou Cheveux attachés ou courts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0 bijou (main poignet) 0 vernis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Environnement</b>			
Désinfection du plan de travail au DD			
- Avant l'acte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Après l'acte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Retrait du pansement</b>			
Hygiène des mains avec PHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gants non stériles (si pansement souillé)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Technique étirement du pansement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Retrait stabilisateur / fixateur</b>			
Hygiène des mains avec PHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gants stériles (paire n°1) (Sécurisation du KT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sécurisation du cathéter avec bandelette adhésive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Antisepsie</b>			
Hygiène des mains avec PHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gants stériles (paire n°2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Respect des 4 temps et du temps de séchage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Du point de ponction vers l'extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Pose stabilisateur/fixateur</b>			
Cathéter placé dans stabilisateur avant de le fixer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Pose pansement</b>			
Pansement stérile transparent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Point de ponction et stabilisateur recouverts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Changement des valves bidirectionnelles</b>			
Hygiène des mains avec PHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Purge des valves (avec seringue sérum physiologique)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Compresses stériles imbibées d'antiseptique alcoolique ou alcool 70°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fermeture du clamp avant le retrait de la valve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ouverture du clamp après le changement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rinçage pulsé (1cc/1cc jusqu'à 10cc minimum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Traçabilité</b>			
Signes locaux (rougeur, gonflement, hématome, douleur locale) /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Signes généraux (fièvre...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Perméabilité des voies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Repère gradué pour la longueur extériorisée du cathéter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Date réfection pansement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Date de pose / retrait du cathéter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Education du patient</b>			
Appel HAD si rougeur douleur gonflement retrait...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Douche possible avec protection pansement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Manche large	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pas de port de charge lourde avec le bras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Nom de l'observateur :</b> <b>Fonction de l'observateur :</b> Conclusion : <input type="checkbox"/> Pratique validée <input type="checkbox"/> Points non acquis (case cochée « non ») réexpliqués	<b>Date :</b>  <b>Nom de l'IDE observée</b> <input type="checkbox"/> Salarié HAD <input type="checkbox"/> Libéral	<b>LOGO HAD</b>
--	---	-----------------